

Προς
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ-
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
340 03 ΚΥΜΗ

Παιανία, 25.07.2019

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
«ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.» ΜΕ CPV:33181000-2 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5762 ΤΗΣ 26.07.2019

Κύριοι,

Σχετικά με την παραπάνω διαβούλευση με αρ. πρωτ. 5762:


στο είδος 2) Κατηγορία B2

B2.1 Μεμβράνες πολυσουλφόνης (τύπου dry) & επιφάνεια μεμβράνης $1,8/m^2 - 2,2/m^2$

έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής:

Επειδή τα ζητούμενα είδη είναι δύο διαφορετικά είδη (φίλτρο με επιφάνεια μεμβράνης $1,8 m^2$ και φίλτρο με επιφάνεια μεμβράνης $2,2 m^2$) θα πρέπει το νοσοκομείο σας να τα αξιολογεί ξεχωριστά. Επιπλέον η παύλα που χρησιμοποιείται από το Νοσοκομείο σας υποδηλώνει εύρος επιφανειών από $1,8 m^2$ έως $2,2 m^2$ το οποίο σημαίνει ότι τα ζητούμενα είδη μπορεί να είναι και περισσότερα από δύο. Προτείνουμε να αξιολογούνται όλοι οι προμηθευτές που προσφέρουν τα ζητούμενα είδη (είτε όλα είτε μόνο το ένα είδος) και να συμμετέχουν όλοι σε κλήρωση σε περίπτωση ισοτιμίας ώστε να αποφευχθεί ο άδικος και αβάσιμος αποκλεισμός προμηθευτών (που δεν προσέφεραν όλα τα μεγέθη επιφάνειας) αλλά και να καταμεριστεί δίκαια η προμήθεια ανά είδος (μέγεθος επιφάνειας) σε αντίθεση με ότι έγινε στο αντίστοιχο διαγωνισμό της 19.02.2019.

Για την DOCTORPHARMA Ο.Ε.


Χριστίνα Γιοκάρη
Τμήμα Διαγωνισμών